

KalaNDT
شرکت پترو پژوهش خاورمیانه



Specifications:

UV340B UV LIGHT METER

Measurable of UVA & UVB

LSI-circuit use provides high reliability and durability

3 3/4 LCD display, maximum indication 3,999

Range: 0~40mW/c

3 range: 400μW/c,

4,000μW/c, 40mW/c

UV sensor spectrum: 290~390nm

021-77130687-8

021-77228679

09122710269

شرکت پترو پژوهش خاورمیانه (سهامی خاص)
www.ppkgroup.ir

Accuracy: $\pm(4\%FS+2 \text{ digit})$

Sensor structure: The exclusive UV photo
diode & UV color correction filter.

Sampling Time: 0.5 second

Operating Temperature: $-10\sim 40^{\circ}\text{C}(14\sim 104^{\circ}\text{F})$

Operating Humidity: $0\sim 70\%Rh$

Over-input: Indication of "OL".

Peak hold.

021-77130687-8

021-77228679

09122710269

تهران میدان رسالت خیابان هنگام خیابان فرجام نبش میدان ۳۹ پلاک ۸۴۰/۵ واحد ۶